

# GLUCOSE

## STANDARD

### Package Sizes / Handelsform / Presentación del estuche / Présentation

**[REF]**<sup>1</sup> 10123 9 x 3 ml Standard / Estándar / Etalon

**[IVD]**

### Method / Methode / Método / Méthode

**[i]** ⇨ **[REF]** 10121, 10260, 10786

### Contents / Wirksame Bestandteile / Contenidos / Réactifs

**[STD]** 3 ml Standard / Estándar / Etalon  
Glucose / Glucosa

100 mg/dl or 5.55 mmol/l

### Reagent Preparation / Reagenzienvorbereitung / Preparación de reactivos / Préparation des solutions

**[STD]** is ready for use / ist gebrauchsfertig / está listo para su uso / est  
prêt à l'usage

### Stability / Haltbarkeit / Estabilidad / Stabilité

**[STD]** is stable up to the stated expiry date when stored at 2...8°C. The  
opened reagent is stable for 2 weeks at 15...25°C. Contamination must  
be avoided.

**[STD]** ist bei Lagerung zwischen 2...8°C bis zum angegebenen Ver-  
falldatum, bzw. bei 15...25°C 2 Wochen haltbar. Kontamination ist zu  
vermeiden.

El **[STD]** es estable hasta su fecha de caducidad cuando se  
almacenan de 2...8°C. El reactivo es estable por 2 semanas de  
15...25°C. Evitar la contaminación.

Conservés à 2...8°C, le **[STD]** est stable jusqu'à la date de péremption  
indiquée. Après ouverture, le réactif est stable 2 semaines à 15...25°C.  
Eviter la contamination

### Pipetting Scheme / Pipettierschema / Esquema de pipeteo /

To use with / zu verwenden mit / para empleo con / utiliser avec

**[REF]** 10121, 10260, 10786

### References / Literatur / Literatura / Bibliographie

1. ISO 15223 Medical devices-Symbols to be used with medical  
device labels, labelling and information to be supplied

SU-GLUS  
INF 1012301 GB-D-E-F  
01-2002-1



**Human**

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH  
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany  
Telefon: +49 6122 9988 0 - Telefax: +49 6122 9988 100 - eMail: human@human.de